MicroMAX® NS
MICROPOROUS PROTECTIVE CLOTHING SYSTEM

麦克斯®NS 系列

AMN428E 隔离衣

TYPE 5 TYPE 6 EN14126 EN1073-2 EN1149 SUPER B

产品名称：隔离衣
产品型号：AMN428E

【医疗器械产品备案凭证编号】鲁潍械备20220004号
【医疗器械产品技术要求编号】鲁潍械备20220004号
【医疗器械生产备案凭证编号】鲁潍药监械生产备20220010号

产品性能、主要结构组成、成分：

采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。产品由连帽上衣、裤子组成，为连体式结构，非无菌提供，一次性使用。

产品特点：

- 采用聚乙烯微孔膜复合聚丙烯无纺布材料制成，有效防护固体颗粒物、轻度液体飞溅及气溶胶；可良好防护空气、液体及接触性传播的细菌及病毒；
- 服装接缝采用包边接缝密封；
- 成衣通过欧标 Type5 类、6 类认证，适合轻度液体飞溅和有害颗粒物防护；
- 通过欧标 EN14126 传染性病原微生物防护认证，且所有测试项目都达到最高等级；
- 面料通过美标 ASTM F1670 抵抗合成血液穿透测试，ASTM F1671 抵抗血源性病原体 Phi-X174 噬菌体的穿透测试；
- 连体带帽结构，双向拉链，腰部、袖口和脚踝部橡筋收口，采用三片式帽子，插裆、插袖结构，穿戴舒适且方便。

适用范围：

用于医疗机构门诊、病房、检查室等作普通隔离。

部分项目测试结果

测试项目	测试结果
隔离衣关键部位静水压	1.81kPa
隔离衣抗合成血液穿透性能	3级
隔离衣外侧面沾水等级	4级

EN14126测试结果

测试项目	测试结果
ISO 16604血源性病原体(Phi-X174 噬菌体)耐压穿透测试	6级（最高6级）
ISO 22611微生物气溶胶穿透测试	3级（最高3级）
ISO 22612抵抗干态微生物穿透测试	3级（最高3级）
EN ISO 22610物理性接触污染性液体物质穿透测试	6级（最高6级）

注意事项：

- 该产品为非灭菌型产品，不得在要求无菌的环境下使用；
- 对于某些卫生洁净度高、有无菌要求的环境，请勿使用本型号产品，请选择雷克兰公司的其他灭菌型产品；
- 使用场合请根据产品用途和相关政府规定进行判断，请勿在超出产品用途场合使用；
- 该产品无阻燃性能，请远离高温和火源；
- 本产品为一次性使用，使用后的产品请按医疗垃圾处理，防止病菌污染环境。

有效期限：

本产品为非灭菌产品，储存有效期为三年。

产品包装：

产品采用压缩密封包装，1件/袋，40袋/箱

包装袋和纸箱效果图如下：

包装袋

纸箱

SUPER B舒适版款式设计：



尺码选择：



请根据胸围及高度选择适当的产品尺寸。正确的尺寸选择有助于提高产品的舒适性及持久性。

成衣尺码	身高 (cm)	胸围 (cm)
S	160-170	84-92
M	165-175	92-100
L	170-180	100-108
XL	175-185	108-116
XXL	180-190	116-124
XXXL	185-195	124-132

雷克兰，世界防护专家

北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室　邮编：100102
电话：010-64379226, 64379227　传真：010-64379918
网址：www.lakeland.com
电邮：sales-ap@lakeland.com

上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路169号A栋602室　邮编：201203
电话：021-50899388　传真：021-50899377