



Micr:MAX NS
MICROPOROUS PROTECTIVE CLOTHING SYSTEM

麦克斯® NS 系列

AMN905医用隔离鞋套



AMN905

产品名称：医用隔离鞋套

产品型号：AMN905

【医疗器械产品备案凭证编号】鲁潍械备20210125号

【医疗器械产品技术要求编号】鲁潍械备20210125号

【医疗器械生产备案凭证编号】鲁潍药监械生产备20220010号

产品特点：

- 采用高密度聚乙烯微孔膜复合聚丙烯无纺布材料制成，有效防护固体颗粒物、液体飞溅，具有良好的阻隔性能；
- 面料通过欧标 EN 14126 传染性病原微生物防护认证，且所有测试项目都达到最高等级；
- 面料通过美标 ASTM F1670 抵抗合成血液穿透测试，ASTM F1671 抵抗血源性病原体 Phi-X174 噬菌体的穿透测试；
- 高筒鞋套，总高43cm，脚口和脚踝部橡筋收口，鞋底采用耐磨防滑PVC，穿戴舒适且方便；
- 包装：100双/箱

适用范围：

医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者的血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。

部分项目测试结果

测试项目	测试结果
材料对颗粒物过滤效率	95%
材料抗合成血液穿透性能	3级
材料外表面沾水等级	3级

面料的 EN14126测试结果

测试项目	测试结果
ISO 16604血源性病原体(Phi-X174 噬菌体)耐压穿透测试	6级 (最高6级)
ISO 22611微生物气溶胶穿透测试	3级 (最高3级)
ISO 22612抵抗干态微生物穿透测试	3级 (最高3级)
EN ISO 22610物理性接触污染性液体物质穿透测试	6级 (最高6级)

雷克兰，世界防护专家

北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编：100102
电话：010-64379226, 64379227 传真：010-64379918
网址：www.lakeland.com
电邮：sales-ap@lakeland.com

上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路169号A栋602室 邮编：201203
电话：021-50899388 传真：021-50899377